



Rapporto di Prova N. 402/2019 del 11/11/19

Prot.Numero: 402 Dataricevimento: 11/11/19 Data inizio prove: 11/11/19 Data termine prove: 11/11/19
Descrizione Campione: Bubble Gum - Finola Lotto n. 011920

Procedura Campionamento: Campione consegnato dal cliente Data di Campionamento: 11/11/19

Prova	Metodo	Valore	Unità	CL	Lim.ril.
Cannabinoidi	Reg. UE 1155/2017 all III, metodo A (HPLC/MSMS)				
THC	Reg. UE 1155/2017 all III, metodo A (HPLC/MSMS)	0,051	% p/p		0,002
THCA	Reg. UE 1155/2017 all III, metodo A (HPLC/MSMS)	0,390	% p/p		0,002
THC tot (somma di THC e THCA come THC)	Reg. UE 1155/2017 all III, metodo A (HPLC/MSMS)	0,393	% p/p	Max 0,6 ⁽⁸¹⁾	0,002
CBD	Reg. UE 1155/2017 all III, metodo A (HPLC/MSMS)	1,121	% p/p		0,002
CBDA	Reg. UE 1155/2017 all III, metodo A (HPLC/MSMS)	17,581	% p/p		0,002
CBD tot (somma di CBD e CBDA come CBD)	Reg. UE 1155/2017 all III, metodo A (HPLC/MSMS)	16,543	% p/p		0,002
CBN	Reg. UE 1155/2017 all III, metodo A (HPLC/MSMS)	n.q.	% p/p		0,002
CBG	Reg. UE 1155/2017 all III, metodo A (HPLC/MSMS)	n.q.	% p/p		0,002

(81) LEGGE 2 dicembre 2016, n. 242 (Valore massimo ai fini del REG. UE N.1307/2013 0.2%)

Il Direttore del Laboratorio
Dott. Chim. Gregorio Barbieri

**Il Responsabile del Settore
Chimico**
Dott. Chim. Emanuele Vizza

DOCUMENTO CON FIRMA DIGITALE A NORMA DI LEGGE

C.L.: Concentrazione Limite - Lim.Ril.: Limite di Quantificazione del metodo

Fattori stechiometrici :

THC/THCA=0.8772

CBD/CBDA=0.8787

Il laboratorio opera in conformità con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005.

Aut. Min. Sanità Dip. Alimenti e Nutrizione 700/59.403

Aut. Regione Calabria n° 4 Decreto n. 2624/2013.

Qualora non altrimenti specificato, l'analisi è da considerare come relativo a campione prelevato e consegnato dal committente. Pertanto l'ECOCONTROL S.r.l. non assume responsabilità alcuna circa la corrispondenza degli esiti analitici tra il campione in oggetto e la partita dalla quale esso proviene. Il residuo del campione viene conservato per 7 gg. dalla data della consegna del certificato e restituito al committente.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi.

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta di Ecocontrol. Certificato valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi del R.D. 1.3.1928 n.842, della L.19.7.1957 n.679.

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA

MOD 5-10a Rev 0

Pagina 1 di 1